

2019 年度組織調査部報告  
「CPAPタイトレーション実態調査」

アンケート回収率 63.6% (124 施設)

- |   |   |
|---|---|
| <p>① 「タイトレーション実施の有無」</p> <p><input type="checkbox"/>あり 82 施設 (66%)</p> <p><input type="checkbox"/>なし 42 施設 (34%)</p> <p>② 「実施割合」</p> <p><input type="checkbox"/>全例 (100%) 26 施設 (32%)</p> <p><input type="checkbox"/>一部 52 施設 (63%)</p> <p><input type="checkbox"/>不明 4 施設 (5%)</p> <p>③ 「目的」 重複回答可</p> <p><input type="checkbox"/>治療効果判定 71 施設</p> <p><input type="checkbox"/>処方圧決定 71 施設</p> <p><input type="checkbox"/>マスク装着状況確認 44 施設</p> <p><input type="checkbox"/>リーク確認 36 施設</p> <p><input type="checkbox"/>その他</p> <p>④ 「実施者」 重複あり</p> <p><input type="checkbox"/>検査技師 118 施設 (87%)</p> <p><input type="checkbox"/>睡眠学会認定技師有り 56 施設</p> <p><input type="checkbox"/>睡眠学会認定技師無し 62 施設</p> <p><input type="checkbox"/>医師 7 施設 (5%)</p> <p><input type="checkbox"/>看護師 7 施設 (5%)</p> <p><input type="checkbox"/>工学技師 3 施設 (2%)</p> <p><input type="checkbox"/>その他 1 施設 (1%)</p> <p>⑤ 「タイトレーションの方法」</p> <p><input type="checkbox"/>マニュアル 44 施設 (39%)</p> <p><input type="checkbox"/>オート (病院) 48 施設 (42%)</p> <p><input type="checkbox"/>オート (自宅) 3 施設 (3%)</p> <p><input type="checkbox"/>マニュアル&amp;オート 13 施設 (12%)</p> <p><input type="checkbox"/>その他 5 施設 (4%)</p> <p>⑥ 「適正圧の決め方」 重複あり</p> <p><input type="checkbox"/>AHI 29 施設 (22%)</p> <p><input type="checkbox"/>Desaturation 10 施設 (8%)</p> <p><input type="checkbox"/>睡眠改善 33 施設 (26%)</p> <p><input type="checkbox"/>決めていない 31 施設 (24%)</p> <p>⑦ 「定期的なタイトレーション実施の有無」</p> <p><input type="checkbox"/>1 年毎 4 施設 (5%)</p> <p><input type="checkbox"/>複数年 4 施設 (5%)</p> <p><input type="checkbox"/>なし 63 施設 (77%)</p> <p><input type="checkbox"/>その他 11 施設 (13%)</p> | <p>⑧ 「オートCPAPにもタイトレーションが必要か」</p> <p><input type="checkbox"/>必要有 93 施設 (67%)</p> <p>理由：適正圧確認</p> <p>：治療効果確認</p> <p>：オートの反応性確認</p> <p>：リークの確認 など</p> <p><input type="checkbox"/>必要無 22 施設 (16%)</p> <p>理由：困っていない</p> <p>：安定に使用できている</p> <p>：データを確認している など</p> <p><input type="checkbox"/>必要に応じて 7 施設 (5%)</p> <p>理由：症例に応じて必要</p> <p><input type="checkbox"/>未回答 16 施設 (12%)</p> <p>⑨ 「タイトレーションでアドヒアランスは向上すると思いますか」</p> <p><input type="checkbox"/>向上する 73 施設 (66%)</p> <p>理由：客観的なデータを提示することでモチベーションが向上する</p> <p>：適切な設定圧で使用できる など</p> <p><input type="checkbox"/>向上しない 3 施設 (31%)</p> <p>理由：タイトレーションしていないくても現状、アドヒアランス良い</p> <p><input type="checkbox"/>分からない 31 施設 (28%)</p> <p>理由：タイトレーションのみでなく複合的な要因が多い</p> <p><b>【タイトレーションを実施していない施設】</b></p> <p>⑩ 「タイトレーション実施していない理由」</p> <p><input type="checkbox"/>人員不足 18 施設 (28%)</p> <p><input type="checkbox"/>タイトレーション装置なし 19 施設 (29%)</p> <p><input type="checkbox"/>要望なし 20 施設 (31%)</p> <p><input type="checkbox"/>その他 8 施設 (12%)</p> <p>⑪ 「今後タイトレーション実施予定」</p> <p><input type="checkbox"/>あり 1 施設 (3%)</p> <p><input type="checkbox"/>なし 38 施設 (97%)</p> <p>⑫ 「困っていること」</p> <p>・技術、設備が整っていない・人員不足</p> <p>・オーダーが無い・保険点数が低い など</p> |
|---|---|

ご協力ありがとうございました。