

2021 年度組織調査部報告  
「PSG 検査における安全管理の状況」

アンケート回収率 48.0% (94 施設)

① 「日本睡眠学会専門医療機関ですか？」

- A 型医療機関 病院 21 施設 (37%)  
クリニック 12 施設 (36%)
- B 型医療機関 病院 2 施設 (3%)  
クリニック 4 施設 (12%)
- 登録医療機関 病院 2 施設 (4%)  
クリニック 0 施設 (0%)
- いいえ 病院 32 施設 (56%)  
クリニック 17 施設 (52%)

② 「1ヶ月あたりの平均 PSG 件数」

- 病院 19.0 件/月 クリニック 39.7 件/月

③ 「アテンドしていますか？」

- 全例実施 病院 44% クリニック 81%
- 一部実施 病院 14% クリニック 3%
- いいえ 病院 44% クリニック 16%

④ 「安全管理マニュアルはありますか？」

- あり 病院 65% クリニック 78%
- なし 病院 32% クリニック 16%
- わからない 病院 3% クリニック 6%

⑤ 「PSG に従事するスタッフ」

- 0~5 人 病院 42% クリニック 60%
- 6~10 人 病院 35% クリニック 31%
- 11~15 人 病院 12% クリニック 6%
- 16~20 人 病院 7% クリニック 3%
- 21 人以上 病院 4% クリニック 0%
- 認定技師 病院 27% クリニック 60%
- BLS 受講者 病院 74% クリニック 52%

⑥ 「安全管理セミナー受講」

- はい 病院 36% クリニック 55%
- いいえ 病院 57% クリニック 42%
- わからない 病院 7% クリニック 3%

\*受講者の 86%が医師であった

⑦ 「PSG 加算の届出」

- あり 病院 33% クリニック 50%
- なし 病院 62% クリニック 50%
- わからない 病院 5% クリニック 0%

⑦届出無しの理由

アテンドをしていないため届出をしていない  
施設が多かった

⑧ 「安全及び精度管理担当者は？」

- 医師 病院 52% クリニック 43%
- 看護師 病院 9% クリニック 17%
- 検査技師 病院 36% クリニック 37%
- 工学技士 病院 3% クリニック 0%
- その他 病院 0% クリニック 3%

⑨ 「安全精度管理加算件数」

- 加算あり 34%
- 加算なし 66%
- 平均加算件数 病院 5.0 件 クリニック 16.2 件

⑩ 「安全精度管理加算理由」

病院、クリニックともに心疾患合併、BMI35  
以上の肥満、パラソムニア、睡眠関連運動障害  
での加算が多い

⑪ 「安全管理マニュアルの運用機会」

安全管理マニュアルを運用する機会がなかつ  
た施設が多い

⑫ 「アテンドの必要」

- 必要なし 病院 20% クリニック 0%
- 必要 病院 62% クリニック 88%
- わからない 病院 18% クリニック 12%

⑬ 「在宅 PSG を実施したことありますか？」

- あり 病院 2% クリニック 14%
- なし 病院 98% クリニック 86%

⑭ 「PSG の記録精度は十分でしたか？」

- 十分 40%
- 不十分 60%

⑮ 「困っていること」

・病院では件数減少、マンパワー不足で困っ  
ている施設が多かった

COVID-19 流行をきっかけに受診間隔延長、  
遠隔モニタリングを活用している施設数が増  
加していることが考えられる。今後も増加す  
る CPAP 患者の効率的な管理のために、遠  
隔モニタリングの有効かつ適正な活用方法を  
模索する必要がある。

ご協力ありがとうございました。